2611/2025 ტენდერი სამედიცინო ინვენტარის შესყიდვაზე

ტექნიკური სპეციფიკაცია " კიბოს პრევენციისა და ზრუნვის გაუმჯობესება საქართველოში" (GE72) პროექტის სახელწოდება:

4	mylykomoży/Namo	And En man a man man And And I description	Polysky om a montemby /O ty
#	დასახელება/Name	ტექნიკური აღწერილობა/technical description	შესასყიდი ოდენობა/Q-ty
		Must include the following measurement functions and accessories:	
		SpO₂ sensor; NIBP measurement with adul cuff and tubing; ECG	10
		monitoring with adul ECG cable; Temperature measurement with	10
	5.105.67.000	compatible probe.	
1	პაციენტის მონიტორი/patient monitor	Device should have visual display, alarms, and power supply.	
		Single-channel infusion pump for controlled intravenous infusion.	
		Adjustable infusion rate with safety alarms, including necessary	10
2	ინფუზიის ტუმბო/infusion pump	power adapter and standard accessories.	
		Trinocular microscope with Smart light control (SLC), EWF 10x/22	
		mm eyepieces, with accessories, HD 4K-Lite HDMI camera with HD	
	მიკროსკოპი ჰემატოლოგიური დაკვირვებისათვის	screen, Microscope maintenance and servicing kit, Immersion oil, 25	1
	კამერითა (ფოტო-აპარატი) და მოვლა-შენახვის	ml. Refraction index n = 1.482 FOR ECOBLUE AND BIOBLUE.	1
	კუთით/microscope (for hametological observation with	Requires minimum 2-year warranty for optics and mechanics.	
3	camera, oil and servicing kit	Local or regional service support required.	
ا ا			
	ერთ-შპრიციანი ინფუზომატი/Single-syringe infusion		10
4	pump		