


УТВЕРЖДАЮ

Директор производства
по подземным горным работам
ООО «RMG Auramine»

 В. Абашмадзе
« 28 » 07 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный геолог
ООО «RMG Auramine»

 Н. Татуашвили
« 28 » 07 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Закупка интегрированной щековой дробилки с автоматическим роторным делителем проб

1. Объект закупки

Настоящая техническая спецификация определяет минимальные технические требования к интегрированной щековой дробилке с автоматическим роторным делителем проб для лаборатории подготовки геологических проб месторождения Бертакари ООО «RMG Auramine». Оборудование должно представлять собой единую заводскую конструкцию.

2. Область применения

Оборудование предназначено для первичного дробления геологических проб, руд и горных пород, автоматического представительного деления дробленого материала и подготовки лабораторной пробы для анализа.

3. Комплект поставки

1. Интегрированная щековая дробилка с автоматическим роторным делителем проб.
2. Все основные механические и электрические компоненты, необходимые для эксплуатации.

№	Параметр	Требование
1	Тип оборудования	Интегрированная щековая дробилка с автоматическим роторным делителем проб
2	Производительность	Около 2–2,5 т/ч

3	Максимальный размер материала	150–170 мм
4	Выходная фракция	5–30 мм
5	Регулировка разгрузочной щели	Обязательно
6	Конструкция	Единая заводская конструкция для тяжелых условий эксплуатации
7	Делитель проб	Интегрированный автоматический роторный делитель с отдельным электродвигателем
8	Электропитание	380 В / 50 Гц / трехфазное
9	Материал конструкции и бункеров	Приемные бункеры из нержавеющей стали, конструкция окрашена высококачественной промышленной краской.
10	Система безопасности	Все вращающиеся и движущиеся части должны быть закрыты защитными кожухами.
11	Гарантия	Не менее 12 месяцев
12	Соответствие	Сертификат CE или эквивалентный документ
13	Техническая документация	Технический паспорт, руководство по эксплуатации и сертификаты соответствия
14	Принцип работы	Дробленый материал автоматически поступает из дробилки в интегрированный роторный делитель без ручного перемещения.
15	Состояние	Новое, не бывшее в эксплуатации, заводского изготовления

Разработал
Начальник лаборатории подготовки проб
ООО «RMG Auramine»

 Автандил Вардзелашвили